Hygienerichtlinien für CRAFTA®-Therapeuten

Empfehlung der Kommission für Hygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI, www.rki.de)

In der therapeutischen Behandlung der orofacialen Region besteht ein Übertragungsrisiko durch Haut - Schleimhautkontakt oder durch Instrumentenübertragung folgender Krankheitserreger:

- **Herpes-Simplex-Viren,**
- **Staphylokokken,**
- **Bakterien und Viren, die den Respirationstrakt befallen können: z.B. Influenzaerreger oder Streptokokken.**

1. Handhygiene:

Hygienische Händedesinfektion: Geeignet sind als Arzneimittel zugelassene Mittel die folgende Kriterien erfüllen:
- HBV- HIV- HBC Wirksamkeit - Zertifiziert vom Verbund für angewandte Hygiene (VAH)
Anwendung: Vor- und nach jeder Behandlung:

- Die gewaschenen und trockenen Hände für 30 sec. mit mind. 3ml Desinfektionslösung einreiben und danach nicht abtrocknen, ggf. bei schnellerer Verdunstung erneut mit Lösung für diesen Zeitraum feuchthalten.
- Bei erhöhtem Infektionsrisiko sollte die Einwirkzeit 3-5 Min. betragen. (Siehe Anwendungshinweise des Präparates)
- Bei jeder oralen Untersuchung oder Behandlung sind medizinische Handschuhe zu tragen (DIN EN 455)

2. Instrumenten Hygiene:

Unkritisch: Ausschließlich extraoral verwendete Instrumente werden als unkritisch eingestuft, dazu zählen u.a.:

- Messlineal
- Schieblehre
- Stimmgabel
- Reflexhammer
  → Hier ist eine Wischdesinfektion/ein Desinfektionsbad und eine zusätzliche mechanische Reinigung nötig. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. Das Desinfektionsmittel sollte vom VAH anerkannt sein.
- Behandlungsliegen
  → Sollten Sollte die Behandlungsliege mit erkrankten Hautstellen oder Speichel in Kontakt kommen, müsste diese ebenfalls mit einer Flächendesinfektion gereinigt werden.

Semikritisch: Instrumente die mit Schleimhäuten oder kranker Haut in Kontakt kommen, dazu zählen:

- Wangenspreizer
  Sie bedürfen einer thermischen Desinfektion
  → Falls sie kein geeignetes Thermo-Desinfektionsgerät besitzen, empfehlen wir eine Zusammenarbeit mit einem Arzt oder Zahnarzt in ihrer Nähe um die teure Anschaffung zu vermeiden.

Kritisch: Instrumente die Haut- oder Schleimhaut durchdringen und mit Blut in Kontakt kommen werden in der CRAFTA®-Behandlung nicht eingesetzt.

- Keine

→ **Generell gilt: Desinfizierte Instrumente müssen hygienisch, trocken und staubgeschützt gelagert werden.**